

# Estudio bactericida y virucida



## **Análisis de efectividad antibacteriano y antivírico del producto:**

Equipo desinfección para prendas de vestir y zapatos frente a microorganismos viables para las empresas **Ramos Elevación S.L. y Servicio de Lineas de Barnizados S.L.**

## **Metodo de análisis:**

Método equipo higienizador para prueba de eliminación de bacterias y virus en prendas de vestir.

## **Ensayo realizado por:**

Departamento de Microbiología. Laboratorios Microal. Poligono Pibo. C/Castilleja de la Cuesta. Nº.5. Bollullos de la Mitación 41110 (Sevilla)

## **Equipo:**

Equipo desinfección para prendas de vestir y zapatos.

## **Medidas equipo:**

1850×701×700 mm

## **Medida libre:**

1612×450×572

## **Muestras utilizada para la prueba:**

Chaqueta:

100% nylon (muestra situada en la parte central del armario y flanqueada por otras prendas de vestir)

Zapatos 1 (muestra situada en la parte inferior derecha del armario)

Zapatos 2 (muestra situada en la parte inferior izquierda del armario)